

- ♦ měřená veličina je **zrychlení, rychlost nebo výchylka vibrací**
- ♦ speciální varianta přístroje L je určená také ke **sledování stavu ložisek** pomocí zrychlení na vyšších frekvencích
- ♦ měření **efektivní (True RMS) a špičkové hodnoty** vibrací, orientační měření frekvence
- ♦ **nastavitelná** šířka frekvenčního pásma **od 1 Hz do 10 kHz**, (varianta L **od 3 Hz do 10 kHz**)
- ♦ možnost **uložení** naměřených hodnot do **paměti přístroje**
- ♦ malá spotřeba energie, **bateriové napájení** z akumulátoru nebo suchého článku, jednoduché **nabíjení**
- ♦ volitelně **možnost komunikace RS232** s počítačem - přenos hodnot, archivace hodnot, pochůzkové měření (viz MV4 Data Manager)



Určení soupravy MV-4, MV-4L

Přístroje MV-4, MV-4L s připojeným snímačem jsou přenosné měřicí přístroje určené pro měření vibrací v průmyslu. Měřicí řetězec přístrojů je konstruován podle požadavků příslušných norem a je zejména určen pro hodnocení vibrací strojů podle ISO 2372 a ISO 2373. Speciální varianta MV-4L má navíc k dispozici speciální měřicí režim pro hodnocení stavu ložisek.

Přístroj umožňuje měřit i zrychlení nebo výchylku kmitání v několika dalších frekvenčních rozsazích už od 1Hz (varianta L od 3Hz), a je vhodný k měření vibrací působících na budovy nebo lidi, vibrací dopravních prostředků, letadel i lodí.

Měřená veličina je nastavitelná – přístroj měří buď zrychlení, rychlost nebo výchylku vibrací, varianta L ve speciálním režimu měří zrychlení z ložisek s potlačením běžných provozních vibrací.

U měřené veličiny přístroj vyhodnocuje buď její efektivní hodnotu, nebo dvojnásobek (rozkmít špička - špička), nebo orientačně frekvenci kmitů.

Přístroj je svými malými rozměry a kompaktním provedením určen zejména pro pravidelná provozní měření vibrací. Naměřené hodnoty je možné uložit do paměti přístroje a po provedené měřící pochůzce naměřené údaje vyhodnotit. V případě, že je přístroj vybaven možností komunikace, mohou se naměřené hodnoty automaticky přenést do počítače a vložit do archivu naměřených dat, např. programem MV4 Data Manager.


Obsah soupravy MV-4, MV-4L

- ♦ **měřicí přístroj MV-4 nebo MV-4L**
- ♦ **snímač vibrací SV128B nebo SV162**
- ♦ **kablík ke snímači**
- ♦ **magnetická příchytka**
- ♦ **měřicí hrot**
- ♦ **síťový nabíjecí zdroj**
- ♦ **akumulátor NiCd 9V, 120 mAh nebo NiMH 9V, 150mAh (uvnitř přístroje)**
- ♦ **transportní pouzdro**
- ♦ **návod k obsluze**

Snímač a jeho příslušenství

Jako snímač vibrací se používá akcelerometr střížného typu, konstrukce DiscShear[®]. Standardně je dodáván typ SV128B, volitelně pro vybrané aplikace je možné použít snímač SV162 s 3 x vyšší citlivostí. Snímač se připojuje k měřicímu přístroji MV-4, MV-4L speciálním nízkošumovým kablíkem, pomocí konektorů typu BNC. Standardní délka kablíku je 1,5 m. Principem měření je zajištěno, že přesnost měření není ovlivněna délkou kabelu ke snímači.

K umístění snímače vibrací na měřící místo slouží magnetická příchytka (pokud je měřící místo z feromagnetika), nebo přítlačný měřicí hrot. Magnetická příchytka nebo hrot se přišroubuje závitem M5 do otvoru M5 ve spodní ploše snímače.



Přístroj MV-4, MV4L a příslušenství

Přístroj MV-4, MV-4L je lehký ruční přístroj kapesního formátu. Na čelní straně je multifunkční displej, který zobrazuje měřenou veličinu včetně nastavených parametrů přístroje, a ovládací tlačítka přístroje.

Na horní stěně přístroje je umístěn signálový konektor pro připojení snímače, konektor dobíjecího zdroje a kontrolka nabíjení, případně konektor pro komunikaci s počítačem.

Na zadní stěně přístroje je odnímatelné víčko, pod kterým je umístěna napájecí baterie – akumulátor 9V, 120mAh, typ IEC 6F22.

K přístroji MV-4 se dodává síťový nabíjecí zdroj, který slouží k nabíjení akumulátoru, umístěného uvnitř přístroje.

Měřič vibrací a stavu ložisek

MV-4, MV-4L

Měřicí souprava MV-4, MV-4L



Kalibrace přístroje MV-4, MV-4L

Přístroj MV-4, MV-4L má číselně nastavitelnou konstantu nábojové citlivosti akcelerometru uvedenou v kalibračním listu akcelerometru. Při výměně snímače za jiný je nutné tuto konstantu správně nastavit.

Výrobce doporučuje provést 1x ročně ověření nastavení elektrických parametrů přístroje i ověření vlastností používaného akcelerometru. Toto ověření provádí výrobce nebo výrobcem autorizovaný servis.

Technické údaje		
Snímač		akcelerometr SV128B, SV162
parametry snímače		viz kalibrační list akcelerometru
Měřicí přístroj		MV-4, MV-4L (* - údaj platí jen pro MV-4)
Frekvenční rozsahy	Hz	1*, 3, 10, 30 ...100, 1000, 10 000
	Hz	10...1000 (podle ČSN ISO 2954)
Měřicí rozsahy		
zrychlení a	m/s ²	1.99, 19.9, 199
rychlost v	mm/s	19.9, 199
výchylka s	µm	199, 1990
frekvence při a, v, s	Hz	1...1990
Detektory		efektivní hodnota, špička-špička, frekvence
Měření stavu ložisek (jen MV-4L)	m/s ²	1.99, 19.9, 199 (300Hz – 10kHz)
Chyba zobrazeného údaje		5% z měřicího rozsahu +/- 1digit
Paměť pro naměřené hodnoty		192 měření
Napájení		9V akumulátor nebo destičková baterie 9V
rozsah napájecího napětí	V	7,5...12
příkon	mW	typ. 90, max. 200 s podsvětem displeje
doba provozu	h	cca. 8
doba nabíjení	h	10 ... 12
Rozměry		
měřicí přístroj	mm	150 x 80 x 30
pouzdro soupravy	mm	207 x 160 x 50
Hmotnost soupravy	kg	0,9
Pracovní podmínky soupravy MV-4, MV-4L		
Prostředí		normální, bez agresivních par
Referenční teplota	°C	22
Pracovní teploty - přístroje / snímače	°C	+5 až +40 / - 25 až +125
Referenční vlhkost	%	10 až 80
Tlak vzduchu	kPa	86 až 106
Pracovní poloha přístroje a snímače		libovolná